

Datos técnicos

# TL71 Juego de cables de prueba





## Características principales

- Dos cables con puntas de prueba (rojo, negro) con cables de prueba en ángulo recto y aislamiento de silicona
- Recomendado para mediciones de  $\mu\text{V}$
- Categoría de seguridad CAT II 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V solo con capuchón protector
- Un año de garantía

## Descripción general del producto: TL71 Juego de cables de prueba

Los cables de prueba son parte integral del sistema de medición completo y amplían las capacidades de su multímetro digital. El juego de cables de prueba Fluke TL71 de alta calidad tiene un par de sondas ergonómicas (roja y negra) con cables de prueba en ángulo recto y aislamiento de silicona. Las exclusivas sondas ergonómicas son resistentes al calor y al frío y cuentan con categorías de seguridad a la altura de la CAT III 1.000 V.

## Especificaciones: TL71 Juego de cables de prueba

Lead Length	1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip
Category Rating	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max
Operating temperature	-20u00b0C to 55u00b0C (-4u00b0F to 131u00b0F), 90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)

## Modelos



### Fluke TL71

Juego de cables de prueba

- One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads
- Recommended for  $\mu\text{V}$  measurements
- CAT II 1000 V, 10 A rating
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap
- One year warranty

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**

Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/es-cl](http://www.fluke.com/es-cl)

©2024 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
12/2024

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**